

ANEXO I

Aquisições ao abrigo do Decreto-lei n.º 60/2018, de 3 de agosto

Anúncio Convite

(Português)

Referência:	38_2026_DL60_DCM
Entidade Adjudicante:	UNL/FCT NOVA – NIF 501559094
Órgão que autorizou a despesa:	101167171 - ALCEMIST
Data da Publicação:	14/07/2026
Prazo final da proposta:	3 dias uteis após a data da publicação
Objeto do contrato:	Compra de sistema de Ensaio Tração de fibras e Filmes compatível com Microscópio BX53 da OLYMPUS
Características Técnicas:	Placa para Ensaio Tração de fibras e filmes compatível com Microscópio BX53 da OLYMPUS Resolução < 0.1 mm Velocidade variável de deslocamento (resolução mínima de 0.5 mm/s) Equipado com células de carga de 20N e 200 N Controlo de Temperatura entre, pelo menos, -150 °C e 300 °C Estabilidade Térmica de < 0.5 °C Deverá incluir software de controlo e consola de controlo da placa de ensaios. Deverá incluir garras de aperto dos provetes para amostras lisas (serradas)
Critério de Adjudicação:	Critério do mais baixo preço
Critério de desempate:	Sorteio
Preço base (sem IVA):	40.000,00 €
Condições de pagamento:	30 dias após a data de emissão da fatura
Enviar proposta para:	div.f.dl60.2018@fct.unl.pt
Responsável pela avaliação de propostas:	Prof. Maria Helena Godinho
Gestor do Contrato:	Dr. Luís Pinto
Audiência prévia:	3 dias úteis após data notificação da proposta de adjudicação
ANEXOS (se necessário)	Anexar informação pertinente à aquisição

(Inglês)

Ref.^a	38_2026_DL60_DCM
Contracting Authority:	UNL/FCT NOVA – NIF 501559094
Body authorising expenditure:	101167171 - ALCEMIST
Publication Date:	14/07/2026
Proposal Deadline:	3 business days after the publication date
Subject of the contract:	Procurement of a Tensile Testing System for Fibers and Films, compatible with OLYMPUS BX53 Microscope
Technical Characteristics:	Tensile Testing Stage for Fibers and Films Compatible with the OLYMPUS BX53 Microscope Minimum spatial resolution of 0.1 µm Variable crosshead displacement speed with a minimum resolution of 0.5 µm/s Equipped with 20 N and 200 N load cells Temperature control ranging from at least -150 °C to 300 °C Temperature stability: < 0.5 °C Shall include dedicated control software and a control console for the testing stage. Shall include serrated specimen grips suitable for testing smooth (non-tabbed) specimens.
Selection criteria:	Lowest price criteria
Tiebreaker criteria:	Prize Draw
Base Price (VAT not included):	40.000,00 €
Payment Conditions:	30 days after invoice
Send proposals to:	div.f.dl60.2018@fct.unl.pt
Person in charge of proposals analysis:	Prof. Maria Helena Godinho
Contract manager:	Dr. Luís Pinto
Prior hearing:	3 business days from the date of notification of award proposal
Annex (if necessary):	Information relevant to the acquisition

